

BIOINSTITUT d.o.o.
ČAKOVEC, Rudolfa Steinera 7.
Uprava Društva

POTENCIJALNIM PONUDITELJIMA
- svima -

Broj nabave: KK.03.02.1.05.0360-06
Predmet nabave: Uređaji za analize

Predmet: Pojašnjenja dokumentacije o nabavi #2

Sukladno točki 1.7 Dokumentacije o nabavi (Objašnjenja i izmjene dokumentacije o nabavi) Naručitelj objavljuje pojašnjenja dokumentacije o nadmetanju te ih stavlja na raspolaganje potencijalnim ponuditeljima na isti način i na istoj internetskoj stranici kao i osnovnu dokumentaciju (<http://www.bioinstitut.hr/kk-projekt/>)

Zainteresirani gospodarski subjekt je za vrijeme roka za dostavu ponuda, i to 04.12.2018. uputio zahtjev za pojašnjenjem;

ZAHTJEV ZA POJAŠNENJEM

Pitanje br. 1 (04.12.2018.)

Poštovani,

Nastavno na dokumentaciju o nabavi za predmet nabave „uređaji za analize“ ev. broj nabave KK.03.02.1.05.0360-06, grupa 2 (dilumat), molimo Vas sljedeće pojašnjenje:

- Hoćete li prihvatiti dilumat maksimalnog kapaciteta vage do 4 kg?
- Je li stavka „handy gun – pištolj za punjenje epruveta“ neophodna, s obzirom da se radi o patentu jednog proizvođača?

Unaprijed Vam zahvaljujemo na odgovoru.

Srdačan pozdrav.

Odgovor na pitanje br. 1

- Dilumat maksimalnog kapaciteta vage do 4 kg je prihvatljiv
- Ukoliko je handy gun – pištolj za punjenje epruveta“ zaštićen patentom, ponuditelj može se ponuditi analogan uređaj istih/sličnih karakteristika.

U Čakovcu, 05/12/2018.

Bioinstitut d.o.o.

Saša Legen, direktor

